


附件10

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	浚县人民医院
拟采购产品名称	标准多导睡眠检测仪（需求1）
拟采购产品金额	58.5万元
采购项目所属项目名称	2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目（一标段）
采购项目所属项目金额	1266.6万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取的；	
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；	
<input checked="" type="checkbox"/> 4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的；	
<input type="checkbox"/> 5. 其他。	
原因阐述	<p>1、较国产品牌，进口品牌能够连续并同步记录通道数：≥ 80导，脑电≥ 32导、双极通道≥ 16导用于心电、膈肌电、颌肌电、上下肢肌电等，压力式鼻气流通道≥ 3导、热敏气流、眼电、血氧饱和度、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、体位、灯光、PTT（血压监测）、压力滴定以及扩展通道≥ 16导。进口产品较国产品牌监测数据更全面。</p> <p>2、国产设备采样频率1000HZ、进口设备采样频率不低于16000HZ，采样率越高，采样的间隔时间越短，采集到的样本数据越多，对信号波形的还原度也就越精确，检测结果准确度更高。</p> <p>3、进口设备软件具有RBD特殊事件分析、CAP分析功能和教学功能，较国产品牌具备诊断帕金森等疾病的功能。</p> <p>4、国产存在采样率低，通道少分析功能不全，抗干扰差，故障率高，且目前国产产品不能同时具备以上功能，为更好的满足临床要求、科研、教学需要，因此申请采用进口产品采购方式进行采购。</p>
专家论证意见	<p>进口标准多导睡眠检测仪：监测数据精确度高，采样频率≥ 16000HZ，存储频率≥ 4000HZ，采样精度≥ 24位。目前国产产品不能同时具备以上功能。建议采购进口标准多导睡眠检测仪。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：  杨磊 82170</p>
2026年4月7日	

- 注：1. 本表应组织5人及以上单数专家手工填写，其中必须包含1名法律专家；
 2. 本表应一人一表填写，备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传；
 3. 本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。