


附件10

## 政府采购进口产品专家论证意见

<b>一、基本情况</b>	
申请单位	浚县善堂中心卫生院
拟采购产品名称	超声乳化仪
拟采购产品金额	29.5万元
采购项目所属项目名称	2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目（一标段）
采购项目所属项目金额	1266.6万元
<b>二、申请理由</b>	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取；	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取的；	
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；	
<input checked="" type="checkbox"/> 4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的；	
<input type="checkbox"/> 5. 其他。	
原因阐述	<p>1. 进口眼科超声乳化仪具有超声能量稳定、前房稳定性好，术中不易损伤角膜内皮等特点，手术安全性能更好。</p> <p>2. 眼科超声乳化仪进口和国产相比具有如下优势：采用一体式积液盘设计，手术中几乎杜绝气体进入，确保术中前房极端稳定，具备冷超声技术，可明显减少并发症。</p> <p>3. 进口眼科超声乳化仪相比国产同类设备切口小，能量精准，手术风险小，操作模式多，能适配复杂病例，患者耐受度好，术后视力恢复快。</p>
专家论证意见	<p style="font-size: 1.2em;">该产品不属于限制进口，符合法律、法规规定，可以购买进口产品。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>专家签字：李红军</p> </div>
2026年3月25日	

注：1. 本表应组织5人及以上单数专家手工填写，其中必须包含1名法律专家；  
 2. 本表应一人一表填写，备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传；  
 3. 本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。