

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	李春莲
	职称:	正高级
	工作单位:	开封市人民医院
项目信息	项目名称:	开封市肿瘤医院维修配件配置项目
	预算金额:	32.5 万元
	设备名称:	瓦里安直线加速器
	配件名称:	水流速传感器、枪端控制板、开关电源及闸流管闸流管底座等
	供应商名称:	瓦里安医疗器械贸易（北京）有限公司
专业人员论证意见	瓦里安直线加速器为高精设备，其配件属技术壁垒，核心维修配件与设备整机在控制系统、校准系统、剂量输出等方面紧密绑定，属于厂家专属配套产品，无通用替代配件。不同厂家生产的同类配件型号、精度、性能、程序适配等方面存在本质差异，无法兼容本机设备系统。为保障设备正常运转，建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	李春莲	日期: 2026年9月2日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	韩晓莉
	职称:	中级
	工作单位:	河大-附院
项目信息	项目名称:	开封市肿瘤医院维修配件配置项目
	预算金额:	32.5 万元
	设备名称:	瓦里安直线加速器
	配件名称:	水流速传感器、枪端控制板、开关电源及闸流管闸流管底座等
	供应商名称:	瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司
专业人员论证意见	瓦里安 Vital Beam 直线加速器为高精度专用放疗设备,其核心配件的生产工艺、技术参数、校准标准系统适配件均由瓦里安厂家独家定制,具有唯一性和专有性。配件质量直接决定设备维修效果、治疗精度及后续运行稳定性,是把控临床放疗质量,防范医疗风险的关键环节。目前市场上无其他供应商可提供与该设备完全匹配的合规维修配件。为保障设备维修后各项性能指标符合原厂技术标准并临床诊疗规范,持续为患者提供安全精准、有效的放疗服务,故建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	韩晓莉	日期: 2026 年 9 月 2 日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李一坤	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 开封市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 开封市肿瘤医院维修配件配置项目	
	预算金额: 32.5 万元	
	设备名称: 瓦里安直线加速器	
	配件名称: 水流速传感器、枪端控制板、开关电源及闸流管闸流管底座等	
	供应商名称: 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司	
专业人员论证意见	瓦里安VirtuBeam直线加速器为高精度专业放疗设备, 整机配件(水流速传感器, 枪端控制板, 开关电源及闸流管闸流管底座等)均为厂家专属定制, 设备校准也为厂家标准, 非原厂配件无法为该设备提供高精度、稳定性提供可靠保障, 为保障该设备维修前运行状态治疗精度、临床效果, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	李一坤	日期: 2026年9月2日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。