

## 政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)
拟采购产品名称	320排CT球管采购
拟采购产品金额	125万元
采购项目所属项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)320排CT设备球管采购项目
采购项目所属项目金额	125万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取:(如果国内无相应设备可供选择,则选此项)	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取:(此项一般不选择)	
<input type="checkbox"/> 3、其他。(如果国内设备无法满足需要,则选择此项)	
原因阐述: 本次采购的佳能 320 排 CT(AQ/ONE)专用球管为日本佳能医疗原厂生产的进口产品,国内无同类替代生产厂家,必须通过进口渠道采购。 该球管采用佳能医疗境外专利与专有技术,属于不可替代的进口核心部件,国内无厂家具备相同技术与生产能力。 该球管为国家药监局注册认证的进口医疗器械,仅进口原厂球管可通过整机匹配性测试,第三方及国产产品均无合规匹配报告。 球管为 CT 核心消耗件,当前已故障停机,仅进口原厂球管可保障设备安全、图像质量与诊疗有效性。 佳能医疗系统(中国)有限公司为该进口球管在中国唯一合法供应与服务渠道,无其他合法进口来源,故需要采购进口产品。	
三、专家论证意见	
技术专家论证意见: <div style="font-family: cursive; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">             根据甲方实际需求,现实用的佳能320排CT因球管故障停机,需购买与之匹配的原机专利球管,目前国内无同类产品替代,同意购买进口产品。           </div> <div style="margin-top: 10px;">             专家签名: <span style="font-family: cursive; font-size: 1.2em;">张丽萍</span> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">             2026年4月7日           </div>	