

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)
拟采购产品名称	320 排 CT球管采购
拟采购产品金额	125万元
采购项目所属项目名称	北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)320排CT设备球管采购项目
采购项目所属项目金额	125万元
二、申请理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1、中国境内无法获取:(如果国内无相应设备可供选择, 则选此项)	
<input type="checkbox"/> 2、无法以合理的商业条件获取: (此项一般不选择)	
<input type="checkbox"/> 3、其他。(如果国内设备无法满足需要, 则选择此项)	
<p>原因阐述:</p> <p>本次采购的佳能 320 排 CT(AQ/ONE)专用球管为日本佳能医疗原厂生产的进口产品, 国内无同类替代生产厂家, 必须通过进口渠道采购。</p> <p>该球管采用佳能医疗境外专利与专有技术, 属于不可替代的进口核心部件, 国内无厂家具备相同技术与生产能力。</p> <p>该球管为国家药监局注册认证的进口医疗器械, 仅进口原厂球管可通过整机匹配性测试, 第三方及国产产品均无合规匹配报告。</p> <p>球管为 CT 核心消耗件, 当前已故障停机, 仅进口原厂球管可保障设备安全、图像质量与诊疗有效性。</p> <p>佳能医疗系统(中国)有限公司为该进口球管在中国唯一合法供应与服务渠道, 无其他合法进口来源,故需要采购进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>技术专家论证意见:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">采购人拟采购的产品不属于国家有关部门规定的限制类和禁止类进口目录范围内的产品, 可以采购进口产品。因此, 同意采购进口产品。 专家签名: 李卫</p> <p style="text-align: right;">2026年 4 月 7 日</p>	