

三、专家论证意见

手术用头架进口设备本体材料轻：为高强度镁铝合金锻造。可实现毫米级精度固定。优异的术中稳定性。和先进手术设备无缝配合的能力。为高难度神经外科。脊柱外科手术提供安全基础。其头架设计更薄。能利用固定持夹头型。患者。不易松动或反弹。保证长时间手术的稳定性。目前国内设备材质和精度尚有一差距。为满足患者需求。同意采购进口设备。

技术专家签字：



2026年1月6日