

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市中心医院
拟采购产品名称	加温输注系统
拟采购产品金额	700000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市中心医院国家创伤区域医疗中心磁共振输注工作站等 11 种设备采购项目
采购项目所属项目金额	5247600.00 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：</p> <p>进口加温输注系统在极高流速下的加温效率、温度控制精准度及稳定性方面技术更成熟，能确保大容量复苏或输血安全；具备多重冗余安全保护系统（防超温、实时监测），对血液成分损伤更小，安全认证更严格，设备长期运行更可靠；并且在快速急救、复杂手术及多种液体（全血、血小板等）加温方面，拥有更充分的验证和更优的兼容性。为确保危重患者救治的安全与时效，特申请采购进口设备。</p>	
<p>三、论证专家意见：</p> <p style="text-align: center;">进口产品起步早，技术成熟，加温输注系统需具备温度控制精准、气泡自动排除控制及气泡探测报警控制、自动高压控速等功能，国产同类设备尚不能完全满足用户的临床需求，同意购买进口产品。</p>	
论证专家签字：何燕霞	
2026 年 1 月 15 日	