

临床用电子医用温控仪采购需求

一. 设备用途要求

适用于医疗机构高热患者物理降温 and 低温患者物理升温以及需要保持体温的患者

二、设备主要技术要求

1. 分别控制毯帽，可以同时升降也可一升一降
2. 双连续循环输出：毯帽两组，温度波动小，效率高
3. 7 寸彩色触摸屏，中文及图标直观显示信息
4. 开机自检、计时、量化功率
5. 探头异常、水箱缺水、水温超限报警断电保护，声显报警
6. 功能模式：手动模式、自动模式
7. 蜂窝状 TPU 水毯冰帽，一次性注塑成型，降温迅速，防止褥疮；防漏接头
8. 水温设置范围:4℃-41℃，步进 0.1℃，温度任意可调
9. 噪音 $\leq 52\text{dB}$
10. 功率：800VA，AC220V $\pm 10\%$, 50Hz
11. 供货商按照医院要求，负责设备的安装、调试，提供使用人员的免费培训。
12. 质保期：设备质保期 ≥ 1 年

卢子凤

2026.9.7