

放射诊疗建设项目放射性职业病危害预评价、控制效果评价、环境影响评价及竣工环境保护验收服务

本次采购需求为放疗机房建设配套项目技术服务，共包含以下四项法定服务内容。

1 放射性职业病危害预评价

(1) 必须严格按照国家放射卫生相关标准规范要求编制《建设项目放射性职业病危害预评价报告书/表》（以下称《预评报告》）。

(2) 《预评报告》完成后，协助医院主管部门进行项目专家评审、报送报批等相关工作，并出具最终版报告书，确保建设项目最终取得上级卫生健康主管部门的批复。

2 环境影响评价

(1) 完成环评监测，并严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》和生态环境主管部门的要求编制《放射诊疗建设项目核技术应用环境影响评价报告表》（以下称《环评报告》）；

(2) 《环评报告》完成后，须经医院主管部门审核，审核通过后方可开展项目专家评审工作。

(3) 按照医院要求，完成工作场所和机房的布局、屏蔽防护、通风、排水设计等所有辐射防护相关工作，配合设计单位进行方案的调整。

(4) 有良好的技术和沟通能力，协助医院主管部门进行建设项目专业技术沟通、现场勘测、资料收集、报告编制和审核、专家评审、现场整改等所有相关工作，并出具《环评报告》（报批版），确保建设项目最终获得生态环境主管部门的批复或同意。协助医院进行三类射线装置的环境影响备案登记工作。

3 放射性职业病危害控制效果评价

(1) 设备安装、调式完成后，根据医院要求及时安排进行现场检测，并按相关标准要求出具检测报告。检测不合格项应及时反馈给医院进行整改，整改后负责现场复测，直至检测合格为止。

(2) 严格按照国家放射卫生标准规范要求编制《建设项目放射性职业病危害控制效果评价报告书/表》（以下称《控评报告》）。

(3) 《控评报告》完成后，协助医院主管部门进行项目专家评审、报送报批等相关工作，并出具最终版报告书，确保建设项目最终取得上级卫生健康主管部门的批复。

4 竣工环境保护验收监测报告表

(1) 设备安装、调式完成后，根据甲方要求及时安排进行现场检测，并按相关标准要求出具检测报告。检测不合格项应及时反馈给医院进行整改，整改后负责现场复测，直至检测合格为止。

(2) 严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》和生态环境主管部门的要求编制《核技术应用项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下称《验收报告》）。

(3) 《验收报告》完成后，协助医院主管部门进行项目专家评审、现场验收、项目公示和系统上传填报等相关工作，并出具最终版报告，确保建设项目最终通过专家现场验收。

附件：项目清单一览表

序号	申请设备名称	数量	单位	预评	控评	环评	环保验收
1	模拟定位 CT	1	台	是	是	否	否
2	直线加速器	1	台	是	是	是	是
	合计：	2					

卢 2 21

2026.9.7