

检验科 1000L 医用纯水机采购需求

一、采购设备基本信息

设备用途：用于检验科生化检测、免疫检测、微生物实验、试剂配制、实验器皿精密清洗等全场景实验用水供应

二、核心技术参数要求

1. 基础产能：额定制水量 $\geq 1000\text{L/H}$ （25 摄氏度），支持 24 小时连续稳定制水，满足科室高峰期用水需求。

2. 水质标准：满足符合实验室分析用水《GB/T6682-2008》一级水标准，电阻率 $\geq 10\text{M } \Omega \cdot \text{CM}$ 。

4. 设备性能：具备开机自动冲洗、自动制水、低压保护、无水保护、过热保护等功能；具备低压、低液位、热过载等声光报警功能；多功能监测实现压力、流量、电导率等参数的在线显示

5. 适配条件：适配市政自来水源，设备运行稳定、噪音低、能耗低。


6. 顶处理具有自动冲洗功能，简化操作。

7. 电气控制要求：采用全自动控制，设备随水箱液位连锁，自动启停可实现无人值守。

8. 安装调试与培训：供货商按照医院要求，负责设备的安装、调试，提供使用人员的免费培训。

9. 增值服务：定期上门水质检测、设备保养，提供耗材更换周期指导，留存完整运维记录。

10. 质保期：设备质保期 ≥ 1 年



2026.9.7